

ÜÇGEN YOĞUN BAKIM DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Yoğun bakım destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır.Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir ve gümüş iyon kaplı olmalıdır.
- 3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 4-Yoğun bakım destek pedi 1000 yıkama garantili olmalıdır.
- 4-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemeli ve 95° kadar makinada yıkanabilmelidir.
- 9- Yoğun bakım destek pedi oyuk tasarımlı olmalıdır.
- 10- Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem Emilimi sağlamalıdır.
- 11- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 12-Üçgen yoğun bakım destek pedinin ölçüleri 56x56, 32x32 ve 28x28 cm olmalıdır.

Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nörolog
Dip. No:221 Dip. Tes. No:36684-51155