

N-GAGE NİTİROL BASKET KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Basket kateter solunum yolundan yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.Bu nedenle pediatrik flexible bronkoskopinin aspirasyon channel den geçebilmelidir.
2. Basket kateterin uzunluğu 105-125 cm ve çapı 1.5-1.7 fr olmalıdır.
3. Basket kateterin ayak kısmı 3 telden uç kısmı ise dalgalı 3 nitinol telden oluşmalıdır.
4. Basket Kateter nitinol telden ve fleksible yapıda king yapmayan güçlü, dirençli olmalıdır.
5. Basket açıldığında piramit görünümlü olmalıdır ve balık ağzı şeklinde açılarak yabancı cismi karşıdan kavramaya uygun yapıda olmalıdır.
6. Basket kateter kapalı halde iken düz ve basketin tüm nitinol bileşenleri kılıf içinde olmalıdır.
7. Basket kateterin açılmış çapı 10-13mm olmalıdır.
8. Kateterin üzerinde hand lı olmalıdır.
9. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
- 10.Kateter solunum yoluna zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 11.Gelen malzeme paket içinde ve steril olmalıdır.
- 12.Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.


Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi
Pediatrik Allerji Uzmanı
Diploma Tescri No: 49303