

PORT İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İğne port katater sistemi ile kullanımına uygun olmalıdır.
- 2.İğne verev kesimli olmalıdır.
- 3.Rahat kavrayabilmesi ve çıkarabilmesi için kanat şeklinde açılabilen tutma mekanizması olmalıdır.
- 4.İğne ucu portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısı özelliğinde olmalıdır.
- 5.Alerjik reaksiyonlara neden olmamalıdır.
- 6.İğne 19GX20 mm ve 20GX15 mm kalınlığında ve uzunluk aralıklarında seçilmelidir.
- 7.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 8.İğne antiklinik özellikli, luer-lock bağlantı birimli hasta uzatmasına sahip olmalıdır.
- 9.İğneler tek tek paketlenmiş olmalıdır.
- 10.Teslim edilecek ürünlerin UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Prof.Dr. Hüseyin GÜLEN
Celal Bayar Üniversitesi Fak.
Pedistiry Hemşirelik
Dip. No: 83435
Dip. Tes. No: 53435