

KEMOTERAPİ HAZIRLAMA ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Önlük materyali ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip 45gr/m medikal **NON-WOVEN** sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.

2-Önlüklerin kol manşetleri kullanıma rahatsız etmeyecek şekilde elastikli olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.

3-Önlüğün ön kısmı ve kolları çift kat korumalı olması, yaka açıklığı velcro (cırt cırt) ile ayarlanabilmelidir.

4-Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşacık kumaş biye ile kopmaması için bağcıklar önlüğe çapraz dikişle applike edilmiş olmalıdır.

5-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı dikişler beden hareketleri ile açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.

6-UBB Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine giriş yapılmış olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı Barkot numaraları ihale komisyonuna ibraz edilmelidir .

Yrd. Doç. Dr. A. Aykan ÖZOLÇEN
Gbu. E. Cerrahi Hastalıkları Onkoloji Uzm.
D. No 21807 / 25270
T.C. Sağlık Bakanlığı
14.05.2023