

CHAMBER ŞARTNAMESİ

1-ANTİSTATİK MALZEMEDEN OLUŞMALIDIR.

2-HASTANIN KOLAY SOLUNUM YAPABİLMESİ VE KARBONDİOKSİTİNİ SOLUMAMASI İÇİN EKSVALASYON VALFİ BULUNMALIDIR.

3-SOLUNUMUN YANLIŞ YAPILMASINDA ISLIK SESİ İLE UYARI VERMELİDİR.

4-UYGUN DOZ İLE HIZLI TERAPİ YAPABİLMELİDİR.

5-AEROSAL TERAPİSİNDE ORTAYA ÇIKAN SENKRONİZE KULLANIM PROBLEMİNİ ÖNLEMELİDİR.

6-İLACIN AĞIZDA VE BOĞAZDA KALIP OLUŞABİLECEK YAN ETKİLERİ ENGELLEMELİDİR.

7-KLİNİK ÇALIŞMALARİ BELGELENDİRİLMELİDİR.

8-KULLANIM ÖMRÜ 1 YIL OLMALIDIR.

Prof. Dr. Özge YILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi
Dip. No: 01-392-08
Dip. Tes. No: 104851
Çocuk Allerji Uzmanı Tes. No: 88900