

FOTOTERAPİ KORUYUCUGÖZ BANDI(BÜYÜK BOY, ORTA BOY, KÜÇÜK BOY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Koruyucu bant esnek, yumuşak ve yüzü sarabilen bir yapıda olmalıdır,
- 2-Koruyucu bant, bebeğin gözlerini UV ışınından güvenli koruyacak formda olmalı, bunun için üst kısmı düz (girintisiz), buruna oturan kısmı ise oyuk biçimde olmalıdır,
- 3-Göz bandı, göze bağlandığında uzun müddet kalabileceğinden, malzeme kalınlığı bebekte terleme, pişik vs. etkileri meydana getirmeyecek incelikte olmalıdır,
- 4-Üç kat malzemeden oluşan bandın, en alttaki cilde temas eden yüzeyi, teri emebilen beyaz pamuklu malzemeden en üstteki yüzeyi, bağlantı güvenliği için şardonlanmış (tüylendirilmiş) pamuklu malzemeden, ortadaki asıl koruyucu malzeme ise UV ışınına geçirmeyen siyah renkte KARBON içerikli ANTRASİT POLİRETAN KÖPÜK malzemeden olmalıdır,
- 5-Koruyucu bandın bebeğin kafasının üstünden geçen şerit bölümü, bağlama sırasında sünmeyen, esnemeyen, dayanıklı ve bir yüzü şardonlanmış (tüylendirilmiş) malzemeden üretilmiş olmalıdır,
- 6-Göz bandının uygun kullanım için bütün ölçüleri karşılayacak üç boyutlu olmalıdır, (Small:PrematüreMedium:Normal Yeni Doğan, Large:İri Yeni Doğan.)
- 7-Göz bandı, bir yüzü şeffaf steril ambalaj poşeti içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde bandın kullanma talimatı olmalıdır.
- 8- UBB ve UTS Kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Esra ÖZER
Celal Bayar Univ. Tıp Fak.
Yenidogan Uzmanı
Dip. Tes. No 79515
Dip. No 7216