

SAF KARBON MEKANİK KAPAKLI KONDÜİT İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Protez mekanik yapıda olmalıdır.
- 2- Protez, iki yaprakçıklı olmalıdır.
- 3- Yaprakçıkları ve yaprakçıkların tutunduğu çerçeve, saf karbondan mamül olmalıdır.
- 4- Saf karbon yüzey, temas eden kan bileşenlerinin daha az bozulmasını temin etmelidir.
- 5- Yaprakçıklar 90 dereceye kadar açılabilmelidir.
- 6- Kapağın çan misali genişleyen ağzı, türbülansı azaltmalıdır.
- 7- Her kapak ölçüsünde basınç farkı 10mmHg'dan az olmalıdır.
- 8- Kapak tasarımı, içe doku büyümesini engellemelidir.
- 9- Damarın uzunluğu 11cm'den az olmamalıdır.
- 10- Dikiş halkası PTFE'den mamül olmalıdır.
- 11- Damarın kabarık etek kısmı koroner düğmelerin daha az gerilmesini sağlamalıdır.
- 12- Damarın aort kök anatomisini taklit eden yapısı, kapak yaprakçıklarının natif devinimine izin vermelidir.
- 13- Protez yaprakçıkları röntgen ışınları altında görüntülenebilmelidir.
- 14- Protez MR tetkikine uygun olmalıdır.
- 15- 19-21-23-25-27 ve 29mm ölçüleri mevcut olmalıdır.
- 16- Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan ürünler en az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle değiştirilebilmelidir.
- 17- Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmaları gerekmektedir.
- 18- KV 1014

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım						
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	Malaydı	SUT Fiyatı	
1	Saf Karbon Mekanik Kapaklı Konditüti Aort Kapak		ADET	1 ay	İhtiyaç Nedeniyle					 / / 2021 / / 2021	KV 1013			
2														
				 (ay)										
				 (ay)										
				 (ay)										
									</					