

İKİ PARÇALI PENİL PROTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücut ile uyumlu silikondan imal edilmiş olmalı.
- 2- Peyroni hastalarında da kolaylıkla kullanılabilmelidir.
- 3- Ürün deflate halde iken kıvrılma yapmamalıdır.
- 4- Ucları yuvarlatılmış olacaktır.
- 5- 2 parçadan oluşmalı. Silindirler + Pompa
- 6- Ürünün içinde pompa yardımı ile silindirleri dolduran sıvı olmalı.
- 7- Söndürme işlemi silindirleri aşağıya bükerek basit el becerisi ile olmalı.
- 8- Ürün ambalajından implante edilmeye hazır bir şekilde çıkmalı herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmemelidir.
- 9- Ürün boyları 14cm-16cm-18cm-20cm şeklinde olmalı.
- 10- Her iki protezi ara boylara uzatabilecek 3cm-2cm-1cm-0.5cm uzatma parçaları olmalı.
- 11- Ürün UBB kayıtlı olmalıdır.

İKİ PARÇALI PENİL PROTEZ	SUT: UR1001	8.586,00 TL
--------------------------	-------------	-------------