

MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Beyaz renkte olmalıdır.
- 2.Silinebilir özellikte olmalıdır.
- 3.Reklamsız olmalıdır.
- 4.Sedye ölçüsü 60x185 cm dir. Lastikli olmalı ve sedyeyi dört köşeden sarmalıdır.
- 5.Sıvı geçirmez olmalıdır.
- 6.Malzemenin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nörolog
Tm. No:221 Dip. Tm. No:36684-51155