


T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ
Merkezi Laboratuvar Biyokimya Birimi

Alfa1 Antitripsin Testi Doğrudan Temin Teknik Şartnamesi

No	Türü	Miktar	Birimi
1.	Alfa1 antitripsin	2000	Test

1. Bu teknik şartname ile 2000 test Alfa1 antitripsin testi alımı yapılacaktır.
2. Teklif edilecek kit Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Merkezi Laboratuvar Tıbbi Biyokimya biriminde kurulu bulunan Beckman AU5800 otoanalizörü ile birebir uyumlu olacak ve tedarikçi firma bu testin aplikasyonunu yapacaktır.
3. Tedarikçi firma aplikasyon işlemi için Beckman Coulter firmasının yazılı onayını tarafımıza sunmak zorundadır.
4. Testler bitinceye kadar yeterli miktarda kontrol ve kalibratörler ücretsiz olarak sağlanacaktır.
5. Kit numune olarak serum ve heparinize plazma kullanılmalıdır.
6. Kit açıldıktan sonra cihaz üzerinde en az 90 gün stabil kalmalıdır.
7. Test 0.3 - 5.0 g/L (30 – 500 mg/dL) konsantrasyon aralığında doğrusal olmalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim GÜVENÇ DEMİRAĞCI
Rutin Biyokimya Birimi Sorumlu Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Zeki ARI
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü