

## **ABSOLU ETİL ALKOL (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. %99,5 saflıkta olmalı ve bu durum yetkili kuruluřlardan alınacak analiz raporuyla belgelenmelidir.
2. Sert plastikten yapılmıř, kilitli kapaklı, 5 L hacme sahip bidonlarla teslim edilmelidir.
3. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri ile IVD (in vitro diagnostic) ibaresi bulunmalıdır.
4. Renksiz ve kokusuz olmalıdır.
5. TAPDK'ın hastanelerin gereksinimi için kullanılan absolu etil alkol ağısından belirlediđi standartlara uygun olmalıdır.
6. Teklif verecek firmaların alkol dađıtım yetki belgeleri bulunmalıdır.



Prof Dr Aydın İřİSAĐ

Patoloji AD Öğretim Üyesi