

ANATOMİK MEME İMPLANTLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Meme implantı tıbbi silikondan üretilmiş olmalıdır.
- 2- Meme implantının içerişi akışkan olmayan silikon jel ile doldurulmuş olmalıdır.
- 3- İmplant 7 katman silikon tabakadan oluşmalıdır.
- 4- İmplantın bir katmanı jel difüzyonunu ve implantın rotasyonunu engelleyen bariyer tabakadan oluşmalıdır.
- 5- Pürüklü yüzeyli olmalı, doku entegrasyonunun hızlı olması için derin gözeneklerden oluşmalıdır.
- 6- Meme İmplantının içerisinde iki farklı sertlikte jelden oluşan ve göğüs duvarına oturacak şekilde konik tabanlı maximum yükseklik sağlayacak modeli de bulunmalıdır.
- 7- İmplantın tabanı dokuya zarar vermeyecek şekilde kuvvetlendirilmiş olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
- 8- İstenildiği takdirde firmalar ürünün bu özelliklerde olduğunu belgeleyebilmelidirler
- 9- Ürün steril olarak orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 10- Ambalajı içerisinde malzemenin tipini,boyutunu,son kullanma tarihini ve seri numarasını belirleyen etiketler olmalıdır.(en az 2 adet)
- 11- Memede sürekli kalabilen yapıda olmalıdır.
- 12- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 13- Yüklenici firma istenildiğinde ürünün son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeleri en az 2 yıl miadlı Ürünle değiştirecektir.
- 14- Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi,markası,özellikleri, seri ve lot numaraları,menşei, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI'ndan onaylanmış UBB Kodu belirtilmelidir.
- 15- Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.
- 16- Teklif veren firmalar ürüne ait T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI'ndan alınmış firma-bayi tanımlayıcı kodlarına sahip olmalıdırlar.
- 17- Yüklenici firma bozuk ya da hatalı ürünleri yenisiyle değiştirmelidir.
- 18- Kullanım hızına göre istenildiğinde farklı ölçüler ve tipler arasında değiştirme yapılacaktır.
- 19- Ölçüler arasında değiştirme yapılacağından ürün listesinde belirtilen kalemlerinin tamamına teklif verilmelidir.
- 20- Hekimin isteği doğrultusunda aşağıda belirtilen ölçüler deneme(sizer) leri ile birlikte eksiksiz temin edilmelidir.

MALZEME	HACİM	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	PROJEKSİYON	UZUNLUK	ADET
MEME İMPLANTI	360 GR	12.0 CM	12.5 CM	5.7 CM	6.8 CM	2
MEME İMPLANTI	350 GR	12.5 CM	13.0 CM	5.6 CM	7.1 CM	2
MEME İMPLANTI	335 GR	12.0 CM	12.5 CM	4.8 CM	6.2 CM	2
MEME İMPLANTI	375 GR	12.5 CM	13.0 CM	5.1 CM	6.4 CM	2


Prof. Dr. Teoman COŞKUN
Dip. Tes. No: 48784