

DR 1008

## AUS 800 ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER TIKAMA KAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürünün 4.0cm ve 4.5cm boylarındaki farklı kaf boyları ameliyat esnasında bulunacak şekilde teslim edilecektir.
- 3- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 4- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
- 5- Ürün İnhibizone (antibiyotik) kaplı olmalıdır.

## ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ CONTROL PUMP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürün kontrol pompasına bir kere basarak kafta bulunan tüm sıvıyı rezervuara naklederek idrar etmeyi sağlayacak, 2,3 dakika içinde rezervuara nakledilen sıvının tamamını otomatik olarak tekrar kafa iletip idrar tutmayı sağlayacak özellikte olacaktır.
- 3- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 4- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
- 5- Ürün İnhibizone (antibiyotik) kaplı olmalıdır.
- 6- Kontrol pompası üzerindeki deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır.

UR 1005

**ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ BASINÇ DEĞÜLASYON BALONU  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 3- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.
- 4-Ürün 51-60 cm basınç sağlamalıdır.

UR1006

## ANTİBİYOTİKLİ ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ AKSESUAR KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
- 2- Ürünün içerisinde üretrayı ölçmek için cetvel ve bağlantı parçaları olmalıdır.
- 2- Ürün CE sertifikalı olmalıdır.
- 3- Ürünün her bir parçasının Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onayı olmalıdır.