

ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Arter ucunda intravenözspike (Primingspike) ve sirkülasyon adaptörü bulunacaktır.
- 2.** Arter tarafında heparin hattı bulunacaktır.
- 3.** Arter ve ven hattı üzerinde izolatör bulunmalı ya da set sayısının iki katı kadar izolatör steril bir biçimde, ayrı poşetlenmiş olarak verilmelidir.
- 4.** Arter ve ven tarafında dripchamber bulunmalıdır.
- 5.** Arter hattı üzerinde arter yastığı ve serum seti bulunacaktır.
- 6.** Arter ve ven hattında enjeksiyon portu bulunacaktır.
- 7.** Set steril olacaktır.
- 8.** Arter ve ven setleri ayrı, ayrı ambalajlanacağı gibi tek, tek ambalaj da olabilir.
- 9.** Hastanemizde bulunan Fresenius 4008 S tipi makinalarla uyumlu olacaktır.
- 10.** Ven ucunda serum fizyolojik drene edilmesi için atık torbası bulunmalıdır.
- 11.** En az iki yıl miadlı olacaktır.
- 12.** Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilebilmelidir.
- 13.** Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 14.** Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.
- 15.** Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
- 16.** Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır.