

ASPIRASYON SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.** Set aspiratör ucu PVC hortum ve konik konektörlerin birleşiminden meydana gelmiş olmalıdır.
- 2.** Aspiratör ucu mavi ile renklendirilmiş polycarbonate olmalıdır.
- 3.** Aspiratör ucu vakum kontrol deliği içermemelidir.
- 4.** Aspiratör ucunun arkası 1/4 PVC konik konnektörle aspiratör hattına bağlı olmalıdır.
- 5.** Aspiratör hattı 1/4 x 1/6 çaplarında 200 cm boyunda olmalıdır.
- 6.** Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgili yapıda olmalıdır.
- 7.** Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış konik konnektör içermelidir.
- 8.** Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı 1/2'den 1/4'e kadar çıkış elde edilebilmelidir.
- 9.** Tekli paketlerde E.O ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10.** En az 1 yıl miyadlı olmalı, kullanım hızı ve yoğunluğuna bağlı olarak hastane stoğunda teslimden 1 yıl içinde son kullanma tarihi yakın ya da geçmiş hale gelebilecek ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirmeyi firma peşinen yazılı olarak kabul ve taahhüt etmelidir.
- 11.** Teklif edilen ürün, ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.