

ASPIRASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set aspiratör ucu, PVC hortum ve konik konnektörlerin birleşiminden meydana gelmiş olmalıdır.
 2. Aspiratör ucu mavi ile renklendirilmiş polycarbonate olmalıdır.
 3. Aspiratör ucu vakum kontrol deliği içermemelidir.
 4. Aspiratör ucunun arkası 1/4 PVC konik konnektörle aspiratör hattına bağlı olmalıdır.
 5. Aspiratör hattı 1/4 x 1/6 çaplarında 200cm boyunda olmalıdır.
 6. Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgili yapıda olmalıdır.
 7. Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış konik konnektör içermelidir.
 8. Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı 1/2 den 1/4 e kadar çıkış elde edilebilmelidir.
 9. Tekli paketlerde E.O. ile steril edilmiş olmalıdır.
 10. En az 1 yıl miyadlı olmalı, kullanım hızı ve yoğunluğuna bağlı olarak hastane stoğunda teslimden 1 yıl içinde son kullanma tarihi yakın ya da geçmiş hale gelebilecek ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirmeyi firma peşinen yazılı olarak kabul ve taahhüt etmelidir.
- 10. Ürünün UBB KAYDI OLMALIDIR.**

MALZEMELERİN FİYAT TEKLİFİNDE SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
KODLARININ BELİRLENMESİ ZORUNLUDUR.