

MALZEME İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					ONAY	
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK SAYISI:		Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni									
1	PELVİS PLAK	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X			1.050,00TL	 / / 2019	TV5970	1.050,00TL		
2	PELVİS PLAK	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X			1.050,00TL	 / / 2019	TV5990	1.050,00TL		
3	KALKENEUS PLAĞI	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X			800,00 TL	 / / 2019	TV1530	800,00 TL		
4				1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X				 / / 2019				
5				1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X				 / / 2019				
6				1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X				 / / 2019				
7				1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X				 / / 2019				
8				1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X				 / / 2019				
İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						İmza Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi								

..... / / 2019

Prof. Dr. SEYHUN KÜRŞAT

Başhekim

ANATOMİK PELVİS REKONSTRİKSİYON PLAK ŞARTNAMESİ

1. Set pelvis rekonstruksiyonu yapmak amacıyla plaklar,vidalar,enstrumanlar ve sakral rodlardan oluşan komple set halinde olmalıdır.
2. Set içerisinde anatomik Symphyseal plak olmalıdır.
3. Set içerisinde en az 2 adet sağ ve 2 adet sol olmak üzere 4 adet anatomik sakro-iliak bileşke plağı olmalıdır,5.0mm self tapping kilitli vida ile kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
4. Set içerisinde en az 1 er adet uygun delik aralıklarında düz rekonstruksiyon plağı olmalıdır.,
5. Set içerisinde en az 1 er adet eğimli uygun delik aralıklarında olmak üzere anatomik pelvis rekonstruksiyon plağı olmalıdır.
6. Set içerisindeki tüm plaklar 2.jenerasyon titanyumdan imal edilmiş olmalıdır ve bu özellik orijinal ürün barkodlarında da belirtilmelidir.
7. Setin plakları titanyum (% 99,01 Tİ) alaşımına sahip olmalıdır.
8. Set içerisindeki tüm plaklara ait her bir spesifik bending template (eğme/bükme kalıbı) olmalıdır.
9. Setin içerisindeki düz plaklar 3.5 mm olmalıdır.
10. Setin içerisindeki kavisli Posterior-Anterior anatomik pelvis plağı olmalıdır..
11. Setin içerisindeki Anatomik Crest plate olmalıdır.
12. Setin içerisindeki Curved Rekonstüksiyon plakları olmalıdır.
13. Set içerisindeki stabilizasyon spongios vidaları 10 mm den 30mm e kadar 2 artarak 30 mm den 60mm e kadar 5 er artarak full threaded Cancellous vidalar, 30mm den 60 mm e kadar 5 er artarak half threaded Cancellous kilitsiz vidalar olmalıdır.
14. Set içerisinde kilitsiz 3.5mm 12mm den 40mm e kadar 2 artarak ,40mm den 60mm e kadar 5 er artarak self tapping kortikal vida olmalıdır.
15. Pelvis çakma çıkartma seti olmalıdır.

Prof.Dr.Güvenir Okçu
Ortopedi ve Travmatoloji
Tesc.No:54891