

**RF ABLASYON KATETERİ**  
**(KR1041)**

1. Kateter 4 elektrodludur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 92cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlığı 6F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. C, D, E ve F olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ  
CBB Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji A.D.  
Dip.Tes.No:87792-119810  
Dip.No: 11111

**QUADRAPOLAR DIAGNOSTİK KATETER**  
**(KR1057)**

1. Kateter 4 elektrodudur ve elektrod dizilimi 2-5-2 mm şeklindedir.
2. Kateterin tıp elektrodu 1 mm dir.
3. Kateter 6F kalınlığında ve 115 cm uzunluğundadır.
4. Josephson curve ve courmand curve seçeneklerine sahiptir.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu.
6. Giritili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırır.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ  
Gülşen Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji A.D.  
Dip.Tes.No: 87792-119810  
Dip.No: 11111

( KARDIYOLOJI ABD. ANJİYO LABORATUVARI )

[illegible]

Doc. Dr. Behnisch, Kath. YIL01Z  
CBU 10 Fakultät  
Kath. Studi A.D.  
Dip. Teil: 8719Z-119810  
Dip. No. 1111