


AIRWAY TENİK ŞARTNAMESİ

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır.
2. Renk kodları olmalıdır.
3. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalıdır.
4. Aspirasyon katateri geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır.
5. Dişleri hasardan koruyan esnek yapıya sahip olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Numune getirilmelidir.
8. UBB ve ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KETİ
CUMHURİYET ANİSTİTÜTÜ
20.04.2023 11:00:00