

CERRAHİ MASKE ŞARNAMESİ

1. Toz geçirmez olmalıdır.
2. Filtreleme özelliği olmalıdır.
3. Dört adet bağı olmalıdır.
4. Burunu sabitleyici teli olmalıdır.
5. Allerjik olmayan olmalıdır.
6. Elyaf ihtiva etmemelidir.
7. Hazır kutular içinde 100'er olmalıdır.
8. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.

Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBİTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9541 - Tescil No: 100366


Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBİTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9541 - Tescil No: 100366