

AMNİYOSENTEZ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1- İğne ucu çift kademe kesimli olmalıdır.
- 2- Kaliteli ve paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 3- Portatif ergonomik tutucu mandreni olmalıdır.
- 4- Steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
- 5- Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5(beş) yıl olmalıdır.
- 6- İğnenin ultrason eşliğinde kullanıma uygun, ekojenik bir uca sahip olmalıdır.
- 7- İğnenin kanül çapı 20 ve 22 gauge ve iğne boyları 150 mm olmalıdır
- 8- Teklif verecek firma önceden ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.
- 9- Malzemelerin fiyat tekliflerinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunlu
- 10- İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.
- 11- UBB kaydı bulunmalıdır

Doç. Dr. Yıldız UYU
C.B.T.T. Sekül
Kadın Hastalıkları v
Dlp. No: 6768 Tescil