


Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel

- 1) Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel'ler hem vascular hem nonvascular uygulamalar için ideal olmalıdır.
- 2) Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel teflon kaplama olmalıdır.
- 3) Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel'ler 0.035" ve 0.038" çapa sahip olmalıdır.
- 4) Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel'ler 75,145,180 ve 260 cm toplam uzunlukta olmalıdır.
- 5) Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel'lerin distal kısımları 1, 4, 6 cm ve 7cm flexible düz ve 3 mm J olan seçenekleri olmalıdır.
- 6) Amplatz Super Stiff Kılavuz Tel'ler disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır
- 7) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 8) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 9) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.


Dr. Ü. ÜYESİ FATİH DÜZGÜN
C. B. Ü. Radyoloji A. D.
Dip. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119584