

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAME(ECONOMY MASK)

1. Maske PVC den yapılmış olmalıdır.
2. Maskenin neonatal'den yetişkine kadar 7 boyutu bulunmalı ve bu boyalar renk kodlu sabitleme halkaları belirlenebilmelidir.
3. Maskenin 0 ve bir numara boylarının konektör kısmı 15M, diğer boyların ise 22F olmalıdır.
4. Anatomik yapısı sayesinde maske tüm hastalarda kullanılabilenlidir.
5. Maske yüzeyi şeffaf olmalı, maske altında kalan yüz bölgesi rahatlıkla gözlemlenebilmelidir.
6. Maskenin optimum basınçta şişirilmiş bir yastığı olmalı bu sayede yüze rahat oturabilmelidir.
7. Tekli paketlerde olmalıdır.
8. CE sertifikası olmalıdır.


Trd. Doc. D. Arzu KZFI
CBÜTF Anestezi Rean. AD
Dip. No 9843 - Tescil No: 100366