

ANTİBAKTERİYEL ELDİVEN KEMER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Eldiven el sabitleme kemeri antibakteriyal-bakterisid (MRSA. E.Coli, Klebsiella vs.) etkiye en az %98 oranında sahip olmalıdır.
- 2-Eldiven el sabitlemenin ölçüleri çocuk için 15x12x5 cm (± 2), yetişkin için 22x15x7 cm (± 2) olmalıdır.
- 2-Kullanılan kumaş antistatik özellikte olmalıdır.
- 3- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri yüksek ısıda (60-90 derece) , deterjanla yıkanabilmeli. Düşüş ısıda yıkanması halinde de lekeleri temizleyebilmelidir.
- 4- 134 santigrad derece buhar otoklavda steril edilebilmelidir.
- 5- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri kanvas kumaş ile güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.
- 6- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri pediatrik ve adult boyutlarında olmalıdır.
- 7- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri solmayan nonkanserojen boyalı olmalı, düşük asitlerden etkilenmemelidir.
- 8-Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri yıkama ve sterilizasyon işlemleriyle deforme olmamalıdır.
- 9-Dikişler kumaş rengi ile uyumlu artık bırakmayan , renk atmayan kalitede ve sağlamlıkta olmalıdır.En az 33 model klinik tarafından belirlenmelidir.
- 10- Bileğin karyola veya sedyeye bağlanabilmesi için kemer uzunluğu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 11- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri non steril polietilen şeffaf ambalaj içinde olmalı ve poşetin içinde resim ve yazı ile kullanma talimatı olmalıdır.
- 12- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri bir ucunda hastanın her türlü zorlamasına karşı bandın açılmasını engellemek için velkro(cırtlı) ve kilitlenebilmesi için klips olmalıdır.
- 13-Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan tıbbi cihaz yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve ürünün UBB kod numarası olmalıdır. UBB kapsamı dışında olan malzemelerin kapsam dışı olduğu belgelenmelidir.

Prof. Dr. Mızafer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nefrolog
Dip. No:221 Dip. Tes. No:36684-51155