

AQUAPACK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az 650 ml rezervuara sahip olmalıdır.
- Klinikte kullanılan flowmetrelere uygun O2 kelebek adaptör olmalıdır.
- Ürün Klinikte kullanılan Flowmetrelere uygun değilse ilgili firma tarafından uygun hale getirilmelidir.
- Adaptör ve Su aynı paket içerisinde,ayrı ambalajlarda ve Steril olmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kodu bulunmalıdır.

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA

