

ARTERİEL KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arteriel kanül üzerinde akım kesme, açma anahtarı (açık, kapama kilitleme sistemi) olmalıdır.
2. Kateteri teflon olmalıdır.
3. Kateteri silikon yağı ile kaplı olmalıdır.
4. Kateterin dış çapı 1 mm, iç çapı 0.79 mm. olmalıdır.
5. Kateter size 20 G olmalı, kateter uzunluğu 45 mm. olmalıdır.
6. Getirilen numuneler anestezi ekibi tarafından denendikten sonra kullanıma uygunluğu tespit edilecektir
7. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9543 - Tescil No: 100366