

## ASPIRASYON SONDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalı
  2. Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
  3. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı,
  4. Uç kısmı kapalı veya travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, esnek ve açık distal olmalı,
  5. Konnektör dişi olmalı,
  6. Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalı,
  7. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı,
  8. Sondalar oral va nazal kullanıma uygun olmalı,
  9. Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalı,
  10. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
- Her teklif edilen ürün için 20 adet deneme numunesi verilecektir. Denenen örneklerde tekrarlanan deformasyon oluşma sıklığı %10 ve üzeri olan ürünler teknik açıdan yetersiz sayılacaktır

CBÜ  
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.  
Birgül KARACA

