

ASPIRATÖR HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %70-80 Silikondan üretilmiş olup, 134°C buharlı basınç otoklavında steril edilebilmelidir.
2. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup, kolay yıkanır ve kir tutmaz. özelliğe olmalıdır.
3. İç çapı 0,12 cm. , kalınlığı 0,3 cm. olmalıdır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Elastiki niteliği olup, yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Teslim edilecek ürünlerden en az 1 metre numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Sonuç ,bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.


Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBUTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9543 - Tescil No: 700366