

BAİN DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set tamamen kapalı universal sistem olmalıdır.
2. İnspiratuar ve expiratuar hatlar tek hat üzerinde olmalıdır. İnspiratuar hat expiratuar hattın içinden geçmelidir.
3. Set dirsek konektörü, nipel, balon, bakteri filtresi ve limpten oluşmalıdır.
4. Dirsek üzerinde CO2 ölçümüne olanak sağlayacak luer-lock port bulunmalıdır.
5. Konektörün hasta tarafında stand by konumunda toz ve partikül girmesini engelleyen çıkarılır kapak bulunmalıdır.
6. Bact-trap, hem anestezi , hemde ventilasyonda kullanılmaya elverişli olmalıdır. Bact-trap 150-1500 ml. arası tidal volümlerde etkin olmalıdır. Filtre ağırlığı 32 gram olmalıdır. Bakteriyel etkinlikte de %99.999 sonuç vermelidir.
7. Filtre ve devre bağlantılarında gerektiğinde kullanılmak üzere, 1adet nipel poşet içerisinde sette yer almalıdır.
8. Setin içerisinde 90 cm. extendible yapıda limb bulunmalıdır.
9. Setler tek tek poşetlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. Setler 10000 class cleanroom ortamında üretilmiş olmalıdır.
10. Set içinde 1 adet 500 ml balon bulunmalıdır.
11. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest. ve Rean.AD
Dip. No: 9443 - Tescil No: 100366