

ŞARTNAMELER

I. ANTİBİYOTİK DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyotik disk çeşitleri ve içerikleri laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda verilmelidir.
4. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun mikrogramda antibiyotik içermelidir.
5. Gerekli durumlarda diskler arasında değişim yapılabilir.
6. Sağlık Bakanlığının ürünlere vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.
7. Firma CLSI membership üyesi olmalıdır.
8. Antibiyotik disklerinin son kullanımı teslim tarihinde itibaren tarihi en az 24 ay olmalıdır.
9. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.
10. Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli performansı sağlamayan antibiyotik diskleri yenileri ile değiştirilmelidir.
11. İhaleyi alan firma antibiyogram diskleri ile birlikte en az 2 adet disk dağıtıcısı ve 2 dijital kumpas temin etmelidir.
12. Disk dağıtıcıları üretim hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.
13. Firma, disklerle birlikte disk diffüzyon testi kalite kontrolü için EUCAST tarafından uygun görülen tüm kalite kontrol suşlarını teslim etmelidir.

II. STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGATİF STAPHYLOCOCCUS AYIRIMI İÇİN KOAGÜLAZ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test kiti *S.aureus* türlerini tespit edebilmelidir VE birer testlik kartlar halinde olmalıdır.
2. Test kuru latex prensibinde olmalıdır ve pozitif sonuçlar kartta aglütinasyon yöntemi ile gözlenmelidir.
3. Test kartları alüminyum poşetler içerisinde yer almalıdır.
4. Teslim tarihinde en az 15 ay miyadlı olmalıdır.
1. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş oldu UBB kaydı olmalıdır.

III. SUPLEMENT ŞARTNAMESİ

1. Satıcı firma MSDS sertifikalarına sahip olmalıdır.
2. Firma CLSI membership üyesi olmalıdır
3. Ürünler soğuk zincirde teslim edilmelidir.
4. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.
5. Solusyon %40 üre içermelidir

Prof. Dr. Hürriyat GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescilli No: 127809

Prof. Dr. Hürriyat GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescilli No: 127809

Prof. Dr. Hürriyat GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescilli No: 127809