


## BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI MALZEMELERİ

Malzeme	Birim miktarı	İstek
I. ANTİMİKROBİYAL (ANTİBİYOTİK) DİSK	1x50 disk	20.000
II. Steril yuvarlak uçlu plastik ölçülü öze (10µL)	1 Adet	5000
III. Steril, etiketli, plastik örnek kabı-120 ml	Adet	30.000

### I. ANTİMİKROBİYAL (ANTİBİYOTİK) DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun mikrogramda antibiyotik içermelidir. Laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda diskler arasında değişim yapılabilir.
4. Sağlık Bakanlığının ürünlere vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.
5. Firma CLSI membership üyesi olmalıdır.
6. Antibiyotik disklerinin son kullanım teslim tarihinde itibaren tarihi en az 12 ay olmalıdır.
7. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.
8. Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli performansı sağlamayan antibiyotik diskleri yenileri ile değiştirilmelidir.
9. İhaleyi alan firma antibiyogram diskleri ile birlikte en az 2 adet disk dağıtıcısı ve 2 dijital kumpas temin etmelidir.
10. Disk dağıtıcıları üretim hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.\*
11. Firma, disklerle birlikte **disk diffüzyon testi kalite kontrolü için EUCAST tarafından uygun görülen tüm kalite kontrol suşlarını** teslim etmelidir.

Prof. Dr. Semra Kurstepe



## II. STERİL PLASTİK ÖZE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik yapıda steril 10µl ölçütünde olmalıdır.
2. En fazla 20 lik paketler şeklinde olmalıdır.
3. Bir ucu yuvarlak bir ucu iğne uçlu olmalıdır.
4. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılmış olmalıdır.
5. Kullanım süresi teslim tarihinde itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

## III. STERİL, ETİKETLİ, PLASTİK ÖRNEK KABI (İDRAR)-120 MLTEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik yapıda, steril, en az 100 militre örnek taşımaya uygun hacimde tekli poşetler halinde olmalıdır.
2. Kabi üzerinde kağıt etiket olmalı veya plastiğin üzerinde kalem ile yazmaya uygun rodajlı kısım bulunmalıdır.
3. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılmış olmalıdır.
4. Kullanım süresi teslim tarihinde itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sema Kocatepe  
