

BASINÇ DÖNGÜLÜ DİSPOSABLE VENTİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İnvaziv yada noninvaziv hastalarda ventilasyon desteği sağlama amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Her sette HME filtreli fleksible tüp konnektör, 3 metre uzunluğunda luer lock bağlantılı oksijen bağlantı hortumu ve acil transfer ventilatörü olmalıdır.
- 3- Ventilatör 8kg. ve üzeri hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Ventilatör hava basıncını algılayıcı sisteme sahip olmalı ve otomatik olarak ayar yapabilmelidir.
- 5- Ventilatörde sağlanan hava basıncını ve hacmini kontrol etme imkanı olmalıdır.
- 6- Ventilatörde pıp ayarı yapılabilmesi ve üzerindeki gösterge sayesinde bu ayar izlenebilmelidir.
- 7- Ventilatörün İnspiratory ve expiratory direnci $3(\pm 1)$ cm H₂O/lt/dakika olmalıdır.
- 8- Ventilatörün ölü boşluğu $3(\pm 1)$ ml olmalıdır.
- 9- Hastanelerde ve ambulanslarda bulunan mevcut oksijen monometreleri ve portatif oksijen tüplerine uyum sağlamalıdır.
- 10- MR uyumlu olmalıdır.
- 11- Set latex içermeyen yapıda ve disposable olmalıdır.
- 12- UBB kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Gülay OK
CBÜTF. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Teş. No: 56489-56944

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU
DAHİLİYE BİRİMLER YOGUN BAKIM
07.03.2018



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
	Basınç döngülü disposable ventilatör	80	ADET	(ay)	Dahiliye yoğun bakımda kullanılmak üzere					 / / 201..		
										 / / 201..		
										 / / 201..		
										 / / 201..		
										 / / 201..		
										 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
SORUMLU HEMŞİRE VAHİDE KARADAĞ Vahide KARADAĞ D.Y. Sorumlu Hemşiresi												