

## İDRAR TORBASI PEDİATRİK KIZ

1. Torba PE, PVC vb. termoplastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. 100 cc hacminde olmalıdır.
3. 10 cc'lik sıkalalar bulunmalı
4. Genital bölgeye yapıştırılacak bant anti allerjik ve kendiliğinden yapışkanlı olmalı
5. Genital bölgeye yapıştırma kısmı kız çocuklar için oval şekilde delinmiş olmalıdır.
6. Sızdırmaz ve şeffaf olmalıdır.
7. Torbalar tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
8. Steril beyan edilen ürün, uygun bir metotla steril edilmiş olmalıdır.

CBÜ  
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.  
Birgöl KARACA



## İDRAR TORBASI PEDİATRİK KIZ ŞARTNAMESİ

1. Torba PE, PVC vb. termoplastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
2. 100 cc hacminde olmalıdır.
3. 10 cc'lik sıkalalar bulunmalı
4. Genital bölgeye yapıştırılacak bant anti allerjik ve kendiliğinden yapışkanlı olmalı
5. Bebek idrar torbasının yapışma özelliği iyi olacaktır.
6. Yapışması yeterli olmayan veya hiç yapışmayan torbalar değerlendirilmeye alınmayacaktır
7. Genital bölgeye yapıştırma kısmı kız çocuklar için oval şekilde delinmiş olmalıdır.
8. Sızdırmaz ve şeffaf olmalıdır.
9. Torbalar tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
10. Steril beyan edilen ürün, uygun bir metotla steril edilmiş olmalıdır.
11. En az 5 adet numune gönderilecek
12. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
13. Ürünün mutlaka UBB kaydı olmalıdır

CBÜ  
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.  
Birgöl KARACA



## BEZ FLASTER 5m\*5cm TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyutları 5m\*5 cm olmalıdır.
2. Non allerjik olmalıdır.
3. Yapışma kabiliyeti yüksek olmalıdır kolay koparılmalı, koparıırken lifleri ayrılmamalı.
4. Ciltten çıkarıldığında yapışkan özellik bırakmamalı.
5. Yapışkanı düzgün homojen şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz olmalı.
6. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, raf ömrü, ebadı ve üretici firma yazılmış olmalı.
7. Kullanım ömrü 2 yıl olmalı.
8. Sistemin ve/veya sistemi oluşturan parçaların Sağlık Bakanlığı UBB kaydı ve onayı olmalıdır.
9. En az 5 adet numune gönderilecektir.
10. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.

CBU  
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.  
Birgöl KARACA

