

BIOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tru-cut tekniği ile biopsi almaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2) Biopsi iğnesi içinde uygun kalınlıkta bir stile bulunmalıdır.
- 3) Alınacak biopsi materyalinin içerisine hapsedileceği 17mm'lik bir "örnek çentiği" bulunmalıdır.
- 4) Biopsi iğnesi üzerinde kolayca anlaşılabilecek derinlik işaretleri bulunmalıdır.
- 5) Biopsi iğnesi ucu ultrason altında görülmesini sağlayacak şekilde ekojenik yapıda olmalıdır.
- 6) Biopsi iğnesi Anabilim Dalımızda bulunan Biopsi tabancasına uyumlu olmalı veya iğnelerle birlikte bir biopsi tabancası verilmelidir.
- 7) İğnenin tabancaya girecek kısmında, gerektiğinde tabancaya takılmadan da girişimi sağlayacak bir plastik ve çıkarılabilir sabitleyici bulunmalıdır.
- 8) Biopsi iğnesi 16 ve 18 Gauge kalınlığında, 20cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9) İğneler steril olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.
- 10) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 11) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 12) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

Prof. Dr. Serdar TARHAN
C.B.Ü. Radyoloji A.D.
Doküman No : E0887
T.C. Kimlik No : 36932
E-Posta Adresi : 35271