

BIOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tru-cut tekniği ile biopsi almaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- Biopsi iğnesi içinde uygun kalınlıkta bir stile bulunmalıdır.
- Alınacak biopsi materyalinin içerisine hapsedileceği 17mm'lik bir "örnek çentiği" bulunmalıdır.
- Biopsi iğnesi üzerinde kolayca anlaşılabilir derinlik işaretleri bulunmalıdır.
- Biopsi iğnesi ucu ultrason altında görülmesini sağlayacak şekilde ekojenik yapıda olmalıdır.
- **Biopsi iğnesi Anabilim Dalımızda bulunan Biopsi tabancasına uyumlu olmalı veya iğnelerle birlikte bir biopsi tabancası verilmelidir.**
- İğnenin tabancaya girecek kısmında, gerektiğinde tabancaya takılmadan da girişimi sağlayacak bir plastik ve çıkarılabilir sabitleyici bulunmalıdır.
- Biopsi iğnesi 16 ve 18 Gauge kalınlığında, 20cm uzunluğunda olmalıdır.
- İğneler steril olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.



Prof.Dr.Serdar TARHAN
Radyoloji. AD. Öğr. Üyesi