

STERİL BİSTÜRİ UCU

1. ISO ve CE belgeli olmalıdır.
2. Gamma ile steril edilmiş olmalıdır ve ambalaj üzerinde gamma ile steril edilmiştir ibaresi bulunmalıdır.
3. Bisturi uçları tek kullanımlık olmalı ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
4. Bisturi uçları çelik karbondan yapılmış olmalıdır.
5. Bisturi uçlarının ilgili boya ait şekli, kutu üzerinde birebir boyutta resmedilmiş olmalı ve numarasıda belirtilmiş olmalıdır.
6. Bisturi uçlarının numarası, bisturi çeliğinin üzerinde yazılı olmalıdır.
7. Bisturi ucu dokuya zarar vermemeli ve ilk dokunuşta kesmelidir.
8. Kullanım süreleri 5 yıl olmalıdır.
9. Bir kutu içinde 100 adet bisturi ucu bulunmalıdır.
10. Kutu içinde bulunan uçların her biri ayrı bir alüminyum folyo poşet şeklinde iç ambalaj olarak steril şekilde bulunmalıdır.
11. Kutu yırtık ve delik olmamalıdır.
12. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası pnayı ve UTS kaydı olmalıdır.
13. İhaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir
14. Her numaradan az 2kutu numune getirilmesi.
15. 1kutu şahit numune olarak değerlendirilecek.

CBU
Görsel ve Sesli Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA