


BUHAR DÖKÜMANTASYON ETİKETİ ŞARTNAMESİ

1. ETİKETLER BUHAR İÇİN UYGUN OLMALIDIR.
2. ETİKETLER BUHAR STERİLİZASYONU İÇİN KULLANILMAKTA OLUP 3 SATIR YAZMA YERİ OLMALIDIR.
3. ETİKETLERDE BUHAR İŞLEMİ İNDİKATÖRÜ BULUNMALI STERİLİZASYON SONRASI ANLAŞILIR RENK DEĞİŞİKLİĞİ OLMALIDIR.
4. BİR RULODA 500 ADET ETİKET OLMALIDIR.
5. ETİKETLER YAZICIDAN GEÇERKEN HER BASKIDA AYNI MESAFEDE İLERLEMELİ YAZICIDA KAYDIRMA VE TUTUKLUK YAPMAMALI VE RULO HALİNDE OLMALIDIR.
6. BUHAR DÖKÜMANTASYON ETİKETİ TEMİN EDEN FİRMA 1 (BİR ADET) ETİKET TABANCASI VERMELİDİR.


Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest.ve Rean.AD
Dip. No. 9543 - Tescil No: 100366