

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU
(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	Malaydı	SUT Fiyatı
1	Stentli biyolojik mitral kalp kapağı	1	ADET	(ay)	Mitral kapak değişimi ameliyatında kullanılacaktır.				 / / 2020	KV 1006		8.750.00 TL
2				(ay)					 / / 2020			
3				(ay)					 / / 2020			
			 (ay)					 / / 2020			
			 (ay)					 / / 2020			
			 (ay)					 / / 2020			

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT
Başhekim

STENTLİ BİYOLOJİK MİTRAL KALP KAPAGI ŞARTNAMESİ

1. Kapak Bovina perikardiumundan hazırlanarak elde edilmiş, stentli olarak hazırlanmış olmalıdır.
2. Kapak elde edildikten sonra 72 saat süre içinde ve düşük basınçta fiksü edilmelidir.
3. Kapak Gluteraldehit ile fiksü edilmelidir.
4. Kapaklara dominer mineralizasyon tedavisi uygulanmış olmalıdır. Bu işlem Homocystic Acid (HA) detoksifikasyon işlemi ile gerçekleştirilmelidir.
5. Kapak stentli kullanıma göre hazırlanmalıdır, görülebilir steril kutular içinde lot numaraları, üretim tarihi, son kullanım tarihi üzerinde olmalıdır. Tutucusu önceden monte edilmiş olmalıdır.
6. Kapagi saklama maddesi aldehide içermeyen steril solüsyon olmalıdır (Paraben- Anti-bakteriyel ajan). Aldehide içermediğinden kapak steril solüsyondan çıkarıldığında kullanıma hazır olacaktır. İmplantasyon öncesi herhangi bir yıkama işlemine tabi tutulmamalıdır.
7. Kapak ürettiği tarihten itibaren 4 yıl boyunca kullanıma uygun olmalıdır.
8. Kapak, uyumlu, yumuşak, carbofilm ile kaplanmış sülür halkası dizaynına sahip olmalıdır.
9. Kapak dizaynı 2 yapraklı olmalı ve tricuspid şekilli perikardium yaprak, ikinci düz yaprağa turbostratic carbofilm kaplı materyal ile çapraz dikiş yöntemiyle dikilmiş olmalıdır.
10. Kapak tamamen supra-annular implantasyon için dizayn edilmiş olmalı ve %100 orifis-annulus oranına sahip olmalıdır.
11. Kapak düşük profil yapısına sahip olmalı ve coronary ostyayı engellememelidir.
12. Kapak 19-21-23-25-27-29-31-33 olarak 7 değişik ölçüde olmalıdır.
13. Kapak ölçüğü ve tutucusu 1 takım olarak venimelidir.
14. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan ürünler en az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle değiştirilebilmelidir.
15. Kapakların orijinal kutusundaki size, internal kapak orifis diametresini referans etmeli ve hastanın tissue annulus diametresine eşit olmalıdır.
16. Kapak hakkında ayrıntılı bilgi içeren katalog ve yayınlar teklif ile birlikte verilmelidir.
17. Teklif veren firmalar şartname maddelerini tek tek cevaplayacaklardır. Şartnameye uymayan teklifler ihale dışı bırakılacaktır.
18. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS bilgilerini faturayla birlikte teslim etmelidir.

19. KV 1006

Prof. Dr. Mustafa CERRANOGLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı