

CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set sürekli pozitif havayolu vermek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Set hiçbir cihaza gereksinim duymamalı, hastanemizde bulunan merkezi oksijen sistemine veya portatif oksijen tüplerine direk olarak takılarak kullanılabilir.
3. Set içerisinde tüm oksijen manometreleri ile uyumlu 220(± 20 cm) bağlantı hattı, hastaya uygulanan ve 25cm H₂O'ya kadar peep basıncını gösteren manometre, flow-safe regülatör, maske, kafa sabitleme bandı olmalıdır.
4. Set üzerinde hiçbir ayar mekanizması olmamalı, hastaya uygulanan peep basıncı merkezi oksijen sistemi veya portatif oksijen tüplerinin manometrelerinden basitçe ayarlanabilmeli ve bu oran set içerisindeki manometreden görülebilmelidir.
5. Set içerisinde barotravmayı engelleyen güvenlik valfi olmalı ve yüksek basınçlı oksijeni tahliye edebilmelidir.
6. Set ile birlikte istendiğinde hastaya uygulama esnasında nebül vermeyi sağlayan T bağlantı adaptörü ve nebül haznesi verilebilmelidir.
7. Set tüm parçaları ile disposable olmalıdır.
8. Set lateks içermeyen yapıda olmalıdır.
9. UBB(Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Anan BİLGE
CRU TIP FAK. HASTANESİ
Diyadin, İstanbul
Diploma No: 197803

