

CRRT DİYALİZ SOLÜSYONU 5000CC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 5000 ml'lik steril torbalarda bulunmalıdır.
2. CRRT tedavisi için kullanılmalıdır.
3. Solüsyon iyonik kompozisyonu içeriğinde laktat bulunmalı, hidroklorik asit (HCl) bulunmamalıdır.
Na+: 140 mmol/L,
K: 2 mmol/L,
Ca²⁺: 1,75 mmol/L,
Mg²⁺: 0,5 mmol/L,
Klorür: 111,5 mmol/L,
Bikarbonat: 32 mmol/L,
Laktat: 3 mmol/L,
Glukoz: 6,1 mmol/L şeklinde olmalıdır.
Osmolarite: 297 mOsm/l
4. Torba 2 kompartmanlı olup, kolayca kırılmalı ve iyonik kompozisyon elde edilmelidir.
5. Torba üzerinde luer-lock ve spike (konnektör) ile bağlantı yapılabilecek 2 farklı uygun bağlantı yeri olmalıdır.
6. Torba üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Karışmış solüsyon stabilitesi tedavi süresi de dahil en fazla 24 saat olmalıdır.
8. Ürünlerin miadı 18 ay olmalıdır. Ürün teslimatı esnasında SKT tarihine en az 6 ay miadı bulunmalıdır.
9. Firma ürünün miadının dolmasına 3(üç)ay kala kullanılmamış ürünün değiştirilmesini kabul ve taahhüt etmelidir.
10. 5000 ml'lik torba fiyatı verilmelidir.
11. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
12. Solüsyona ait kimyasal "ürün güvenlik formu" bulunmalıdır.
13. Firma, ihtiyaç halinde potasyumsuz diyaliz solüsyonu (solüsyon içeriği farklılık gösterebilir) tedarik edebilmelidir.

Prof. Dr. Değer TÖR
Dip. Tes. No: 30985-42843
C.B.Ü.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.