

T. Yok

CERRAHİ MASKE ŞARNAMEŚİ

1. Toz geçirmez olmalıdır.
 2. Filtreleme özelliđi olmalıdır.
 3. Dört adet bađı olmalıdır.
 4. Burunu sabitleyici teli olmalıdır.
 5. Allerjik olmayan olmalıdır.
 6. Elyaf ihtiva etmemelidir.
 7. Hazır kutular içinde 100'er olmalıdır.
 8. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.
- Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9541 - Tesül No: 100366

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9541 - Tesül No: 100366