




MALZEME İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :					İSTEK TARİHİ :		İSTEK SAYISI:				Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				ONAY	
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.																		
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşıp kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı						
1	4.5/5.0 mm Kilitli Dinamik Kalça Plakları	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				900 TL	 / / 2015 / / 2016	TV2710	900 TL						
2	Lag Vidaları	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				180 TL	 / / 2015 / / 2016	TV2830	180 TL						
3	Vida Pulu	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				17 TL	 / / 2015 / / 2016	TV5740	17 TL						
4	5.0mm Tepesi Yivli Vida	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				105 TL	 / / 2015 / / 2016	TV1190	105 TL						
5	5.0mm Tepesi Yivli Vidaların (PLT ve DF plakları için)	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				105 TL	 / / 2015 / / 2016	TV1190	105 TL						
6	4.5 mm Standart Kortikal vida	5		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				95 TL	 / / 2015 / / 2016	TV1050	95 TL						
7	TraKonterik stabilizasyon plağı	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				810 TL	 / / 2015 / / 2016	TV2760	810 TL						
8	Kompresyon vidası	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				95 TL	 / / 2015 / / 2016	TV2790	95 TL						

Prof. Dr. Güvenir OKCU
DipNo: 90A4155

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

İmza

Prof. Dr. SEYHUN KÜRŞAT
Başhekim

..... / / 2020

- Titanyum Kilitli Dinamik Kalça Plakları pertrokanterik, intertrokanterik ve femur boyun kırıklarında kullanılmalıdır.
- Titanyum plaklar, 135 derece açılı 2–6 delik arası delik sayısında ve 60-124mm arası uzunlukta olmalıdır.
- Plak kalınlığı 5.0-6.0mm arasında, genişlik 18-20mm arasında, dış boyun çapı 12.5mm, vida delik aralığı 16.0mm olacaktır.
- Lag Vidanın veya Spiral Bıçağın yerleşeceği tüp uzunluğu 38mm olmalıdır
- Vida delikleri, aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine delik olmalıdır.
- Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu yıldızbaşı tornavida olmalıdır.
- 4.5/5.0 mm Kilitli Dinamik Kalça plakları, 4.5 mm yiv çaplı standart kortikal ve 5.0mm yiv çaplı tepesi yivli vidalarla kemiğe yerleştirilebilmelidir.

Lag Vidaları

- Lag Vidaları titanyum malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Yiv çapı 12.5mm olmalıdır.
- Yiv uzunluğu 22.0mm olmalıdır.
- Shaft çapı 8.0mm olmalıdır.
- Lag vidalar 65mm ile 115mm uzunluklarda setlerde bulunmalıdır.

Kompresyon Vidası

- Kompresyon vidaları titanyum malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Uzunluğu 36mm olmalıdır.

Spiral Bıçak

- Özellikle osteoporotik hastalarda kullanılabilmelidir.
- Spiral Blade anti rotasyon amaçlı kendisini Titanyum Kilitli Dinamik Kalça plağına kilitleyebilmelidir.
- Boyun kilit aparatının blade kısmı 12.5mm, shaft kısmı 8.0mm çapında, 65-120 mm arasında 5'er mm artarak seri olarak teklif edilecektir.

5.0mm Tepesi Yivli Vidaların Teknik Özellikleri:

- Vidalar kendinden **yiv açabilen** özelliğinde olmalıdır.
- Vidalar biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir. 5.0mm(beş) yiv ve 4.4mm(dört noktadört) göbek çapı olmalıdır.
- Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla Yıldızbaşı tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır.
- Plak üzerinde vida kullanılmayan deliklerin kemikle kaynamasını engellemek için 5mm çapında yivli tıplar bulunmalıdır.
- Titanyum vidalar 14-90mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

5.0mm Tepesi Yivli Vidaların (PLT ve DF plakları için) Teknik Özellikleri:

- Vidalar kendinden **hem yiv, hem de delik açabilme** özelliğinde olmalıdır.
- Vidalar biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir. 5.0mm(beş) yiv ve 4.4mm(dört noktadört) göbek çapı olmalıdır.
- Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla Yıldızbaşı tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır.
- Plak üzerinde vida kullanılmayan deliklerin kemikle kaynamasını engellemek için 5mm çapında yivli tıplar bulunmalıdır.
- Titanyum vidalar 18-85mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

4.5 mm Standart Kortikal vidaların teknik özellikleri

- Yiv çapı 4.5 (dört nokta beş) mm, göbek çapı 3.0 (üç) mm, baş çapı 8.0 (sekiz) mm, altıgen soket genişliği 3.5 (üç nokta beş) mm çapında, self-tapping olacaktır.
- Titanyum vidalar 14-52mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır

6.5 mm Cancellous vidaların teknik özellikleri

- Yiv çapı 6.5mm, göbek çapı 3.2 mm, baş çapı 8.0mm, altıgen soket genişliği 3.5mm çapında olacaktır.
- Titanyum vidalar 16mm, 32mm ve tam yivli olacaktır.
- 16mm yivli 30-110mm, 32mm yivli 45-110mm ve tam yivli 25-110mm arası boy ve ebatlarda olacaktır.

Vida Pulu

- 6.5mm Cancellous ve Kanüllü Vidalar için, dış çap 13.0, iç çap 6.6mm olmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.
2. Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.
3. Firma malzemenin kullanıldığı (eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

Prof. Dr. Güvenir.OKÇU

Tesc.No:54891

