

**DISPOSABLE 25NANOMETRE SPESİMEN ÇIKARMA TORBA SİSTEMİ 15 MM
TEKNİK ÖZELLİĞİ**

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik spesimen torba sisteminin şaftı 15 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik spesimen torba sisteminin kanül uzunluğu enaz 29,5cm olmalıdır.
5. Endoskopik spesimen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft olmalıdır.
6. Endoskopik spesimen torbası yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Endoskopik spesimen torbasının ağız çapı enaz 12,5cm, derinliği enaz 22,5cm olmalı ve silindir şeklinde açılabilen torba enaz 1500 cc hacme sahip olmalıdır.
8. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak açılabilir, spesimeni taşıyabilmesi için torbanın bağlı olduğu halkanın tamamı metal olmalıdır.
9. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilir ve torbanın ağız büzülebilir.
10. Endoskopik spesimen torbasının büzülmesi için gerekli ipin kesilmesini sağlayan iç şaft tutacında, eli yaralamaya sebep olmayacak yapıda gizli bir bıçak olmalıdır.
11. Endoskopik spesimen torbası HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi insan sağlığını tehdit edecek küçük zerreli virüsleri geçirmemesi ve kanser hücrelerinin metastaz yapma riskini azaltmak için 25 nanometre sıklığında , yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.İstenildiğinde belgelendirilmelidir.
12. Endoskopik spesimen torba sisteminde torbanın büzülmesini sağlayan ip vaka esnasında torbanın batın içine düşmemesi için sağlam yapıda olmalıdır.
13. Endoskopik spesimen torba sisteminde torbanın büzülmesini sağlayan ip, ipin sarkıp ürün sterilizasyonunun bozulma tehlikesine karşı torba sisteminin iç şaftının içinden geçmelidir.
14. Endoskopik spesimen torba sisteminin dış şaftı trokarsız da kullanıma uygun olabilmesi için hava kaçırmayı engelleyen güçlü şafta sahip olmalıdır.
15. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı olmalıdır.
16. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde belirtilmelidir.
17. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
18. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermemelidir.
19. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmemelidir.
20. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Prof. Dr. Tevrik GÖVENAL
C.B.D. Tıp Fakültesi
Kadın Hast. Doç. Dr. A.D.
Dip. No: 49538