

MALZEME İSTEK FORMU

İSTEKTE BULUNAN BİRİM : Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK TARİHİ : 10.06.2020		İSTEK SAYISI: 1		Depo Stok Durumu						(Varsa) En Son Alım		ONAY	
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	ESKİ Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR			
1	EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTİ	3	5 X 5 CM	ACİL..... (ay)	DEPODA YOK				1880 TL	04/08/2015	TV 5795	1880 TL					
2	EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTİ	3	5 X 10 CM		DEPODA YOK				2450 TL	04/08/2015	TV 5796	2450 TL					
				 (ay)													
				 (ay)													
				 (ay)													
İmza İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						İmza Taşıma Kayıt Kontrol Yetkilisi											

..... / / 2020
Prof.Dr.SEYHUN KÜRŞAT

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SVT KODU TV 5795 ve 5796

1. Ürün fiziksel yapı olarak örgüsel ağ şeklinde, biyolojik olarak ise tamamen emilebilir yapıda olmalıdır.
2. Ürün kontrollü Hyalüronan salınımı gerçekleştirecek biomoleküler içeriğe sahip olmalı ve böylece doku içerisinde uzun süreli (16 hafta süresince) Hyalüronik asit oluşumu sağlamalıdır.
3. Kemik defektlerinde ve parçalı kırık olgularında, periot (kemik zarı) kaybının olduğu vakalarda kullanılabilmeli, tümör vb sebeplerle kemik kaybı olgularında, osteosentez gerekli olgularda da kullanılabilmelidir.
4. Ürün tek parçalı kırık stabilizasyonu tedavisinde ve psüdoartroz tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürün tendon ve sinir yaralanmalarında kullanılabilmeli ve fibröz doku oluşumunu engellemelidir.
6. Lezyon yapısına uygun olmalı , lezyon şekline göre kesilip sütüre edilebilmelidir.
7. Ürün gıft steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
8. Ürün defekt üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün 0.3mm kalınlığında olmalıdır.
11. Ürün CE işaretli olmalıdır.
12. Ürün ölçüleri:
Scmx5cm: TV 5795 olmalıdır.
Scmx10cm: TV 5796 olmalıdır.