

DERMATOM BIAĐI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemizde mevcut AYGÜN marka elektrikli ve bataryalı M10-100 model dermatom cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 2.Bıak paslanmaz elikten imal edilmiř olmalı ve tek taraflı aılanmıř olmalıdır.
- 3.Bıak üzerinde birbirinden farklı boyutlarda, iki yatay bir dikey bıak sabitleme perforeleri mevcut olmalıdır.
- 4.Paket aılırken bıaĐın kullanıcıya zarar vermemesi iin, bıaĐın ierisine yerleřtirildiĐi bir koruma sistemi olmalıdır.
- 5.Denenerek uygunluk verilecektir.
- 6.UBB/ÜTS kaydı olmalı, teklifte belirtilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Genel Müdür
F. 0312 222 22 22
C. 0312 222 22 22