

HEMODİYALİZ TAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A)TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1)Diyalizer low-flux olmalı , membranları hollow-fiber ve tam sentetik yapıda olmalıdır.Diyalizerler membran tipleri, invitro üre,kreatinin , fosfat ve B12 klirensleri,ultrafiltrasyon koefisientleri , KoA değerleri teknik belgede belirtilmelidir.
- 2)Diyalizerler500 mmHg (TMP) basınca dayanıklı olmalıdır.
- 3)Diyalizerler buhar veya gamma ışınlama ile sterilize edilmiş olmalı , tekli ambalaj halinde bulunmalı ve üzerinde sterilizasyon yöntemi,tarihi ve geçerlilik süresi belirtilmelidir.
- 4)Diyalizerler Sağlık Bakanlığı ithal izni belgesi ibraz edilmelidir.
- 5)Diyalizerler universal cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- 6)Diyalizer yüzey alanı 0,2 m2 olmalıdır.

Prof.Dr. Pelin ERTAN
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji Uzmanı
Dip. No:7366 - Dip.Tescil No:79608