

POSTERİOR CERVİCAL SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Sistemde bulunan tüm malzemeler titanyum olmalıdır.
- Sistemin MR kullanımına izin verdiğini gösteren belge sunulmalıdır.
- Verilecek malzemenin tüm parçaları uyumlu olmalıdır.
- Vidalar 3,5 mm ve 4,0 mm çapında olmalıdır.
- Vidaların uzunluğu 8 mm-28 mm aralığında olmalı ve her 2 mm'de bir artmalıdır.
- Set içerisinde redüksiyon vidaları olmalıdır.
- Set içerisinde C1 ve C2 fiksasyonu için 3,5 ve 4,0 mm çapında 18 mm'den 40 mm'e kadar 2 mm aralıklarla artan cortex shaft vidaları olmalıdır.
- Vidalar + ve -50 derece açı vermelidir.
- Vidalar Semi-Self tapping olmalıdır.
- Vidaların vida başı çapı 9 mm ve yüksekliği 10 mm olmalıdır.
- Set içerisinde lamina kancalar olmalıdır.
- Set içerisinde lateralde kalan vida ve rod bağlantısını sağlamak için lateral konnektörler olmalıdır.
- Set içerisinde servikal ve torakal bölgelerin bağlantısı için 3,0 mm-5,5 mm ve 3,0 mm-6,0 mm çaplarında domino konnektörler bulunmalıdır.
- Occipital vida çapı 4,0 mm ve 4,5 mm olmalı boyları 4 mm'den 14 mm'ye kadar 2 mm aralıklarla artmalıdır.
- Occipital plaklar small, medium ve large olmak üzere üç boy olmalıdır.
- Occipital plakların rod bağlantı yerleri multiaxial olmalı, bu sayede rod plak bağlantısında kolaylık sağlamalıdır.
- Cross Connector'ler small, medium ve large olmak üzere üç boy olmalıdır.
- Sistemin içinde eğilebilir deneme rodu bulunmalıdır.
- Occipital Rod: Çapı 3.0 mm olmalı oynak bölgeye gelen kısmı 4 mm'yle kuvvetlendirilmiş olmalıdır. Pre-bend kısım 3 mm-4 mm-3 mm çapında, boyu 240 mm olmalıdır.
- Occipital rod 45° açılı olmalıdır.
- Standart rod, 3.0 mm çapında ve 60, 80, 100, 150, 200 ve 240 mm olmak üzere çeşitli boylarda olmalıdır.

- Set içerisinde cervico-thoracic bölgede kullanmak için hibrit rod olmalı, rodun çapı ve ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır;
 - a) 150 mm'si 3 mm çapında 250 mm'si 5,5 mm
 - b) 150 mm'si 3 mm çapında 250 mm'si 6,0 mm
- Set screwler, multi-axial vidalar ve occipital plaklar için tek boyutta olmalıdır.
- Her bir malzemenin üzerinde üretici firma logosu lot numarası olmalıdır.
- Oda sıcaklığında depolanabilmeli, uygun konteyner içinde saklanabilir olmalı ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- Sistem implantlarının istendiğinde Bio Mekanik testleri ve Bio uyumluluk çalışmaları sunulabilmelidir.
- Tüm implantlar CE, belgesine sahip olmalıdır.

SUT KODLARI

102.545: POSTERIOR SERVİKAL POLİAKSİYAL VİDA

102.570: KORTİKAL VİDA

102.595: POSTERIOR SERVİKAL ROD

102.596: OKSİPİTO SERVİKAL ROD

102.626: DOMINO KONNEKTÖR

102.580: OKSİPİTAL PLAK

102.615: LATERAL KONNEKTÖR

102.645: LAMINA KANCA

102.621: TRANSVERS KONNEKTÖR

102.605: HİBRİD ROD

102.611: HİBRİD ROD

MALZEME İSTEK FORMU

İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					ONAY	
Beyin Cerrahisi A.D.				İSTEK SAYISI:										
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUNDEĞİL
1	POSTERİOR SERVİKAL VİDA	20		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				382,8 TL	01/08/2015	102.545	382,8 TL		
2	POSTERİOR SERVİKAL ROD DÜZ	2		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				114,4 TL	01/08/2015	102.595	114,4 TL		
3	POST. SERVİKAL BAĞLANTI	3		1 (ay)	DEPODA YOKTUR				434,5 TL	01/08/2015	102.621	434,5 TL		
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
	Doç.Dr. Mesut Mete Dip.No.:115114					Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi								

..... / / 20...
Prof. Dr. Seyhun KÜRSAT
Başhekim