

Duvara monte otoskop teknik özellikleri

- *Otoskop ünitesi 220V şehir ceyranı ile çalışmalı
 - *Otoskop ünitesi üzerinde güç açma kapama düğmesi olmalı
 - *Otoskop konduğu yerde otomatik olarak devreyi kesen switch off sistemi olmalı
 - *Otoskop 3,5 V led ampul ile fiberoptik aydınlatma sağlanmalı ve gölgesiz ışık verebilmeli
 - *Otoskobun üstüne takılan spekülümleri el değmeden çıkarmak için özel düğme olmalı
 - *Otoskop üzerinde 3x'lik kendi etrafında dönebilen mercek ayrıca 4x'lik operasyon lensi olmalı
 - *Otoskop pneumatik uygulamaya müsait olmalı
 - *Otoskobun kordonu uzayabilmesi için spiralli olmalı
 - *Otoskop sapı standart olmalı, sapın üzerinde ışık şiddetini ayarlayabilmek için rehostat olmalı
- Ürün 2 yıl garantili olmalı
- *Beş değişik boyda spekülümü alacak 5 gözlü spekülüm taşıyıcı olmalı
 - *10 adet 3,5 V led ampul yedek verilmelidir.