

AAI ENJEKTÖR (25G 2 ML) TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Kullanıcının talebine göre malzeme tanımında belirtilen boyda olmalıdır.
2. Enjektör gövde, piston ve piston lastiđi olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalajının içinde iğne ucu bulunmalıdır.
3. Enjektör 2ml olmalı, üzerinde cc veya dizyem çizgileri olmalı, cc veya dizyem çizgisi "0(sıfır)'dan" başlamalıdır.
4. Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non-toksik olan plastik hammaddeden yapılmış olmalıdır.
5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir.
6. Enjektör ve piston pürüzsüz olmalı, kullanım sırasında tahrişe neden olmamalıdır.
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçađı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır.
8. Enjektör haznesi basınçla çatlamamalı, haznesinde mayı bırakmamalıdır.
9. Pistonu kolay hareket edebilmelidir, sıvıyı pistonun arka tarafına kaçırmamalıdır, enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.
10. Piston geriye çekildiğinde enjektörün içinden kolayca çıkmasını önleyecek düzeneđi bulunmalıdır.
11. İğne ucu % 6 eğimli luer olmalı ve enjektöre iyi adapte olmalı, adaptörden sıvı kaçırmamalıdır.
12. İğne metali dokuda kolay ilerlemeli, dönmemeli, dokuyu tahrip etmeyecek şekilde ve özellikte olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl (± 1) olmalıdır.
14. Teklif veren firma denenmek üzere 5(beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Deđerlendirme sonrası onay verilecektir.
15. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
16. 2 tanesi şahit numune olarak deđerlendirilecektir.
17. Ürünün mutlaka UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Ferya Karadađ YALÇIN
Sađlık Hizmetleri Müdürü

Dr.Öğr. Üyesi
Sebnem SENOL
Dip. Tescilli
MCBUTT Ent.HSK.İmk.AD
200042