

EKG ELEKTRODU (ERİŞKİN-PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçinde jel ve yapıştırıcıları kurutmayacak bir koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
2. Değişik çapta seçenekleri (erişkin-pediyatrik) olmalıdır. Erişkin boyu çapı 4cm.den az olmamalıdır.
3. Elektrod üzerindeki jel,köpük ve yapışkan madde alerjik olmamalı ve firma tarafından belgelendirilmelidir.
4. Köpük kısmının kalınlığı 1mm.den fazla olmalıdır.
5. Jel süngeriy polyester olmalıdır.
6. Jeli %3 oranında gümüş klorür içermeli, cildi tahriş etmemelidir.
7. Elektrod en az 72 saat kullanılabilmeli ve uzun süre kullanımında da ciltte reaksiyon yaratmamalıdır.
8. Elektrodlar görüntülü cihazlarda görüntü vermemelidir.
9. Elektrod sinyali parazitsiz bir şekilde iletebilmelidir.
10. Elektrod üzerindeki jel, çıkarıldıktan sonra kalıntı bırakmamalı, akışkan olmamalı ve sürece bağılı korozyona uğramamalıdır.
11. Elektrodlar cilde iyi yapışmalıdır. Yerinden çıkarılıp başka yere yapıştırıldığında çıkmayacak özellikte olmalıdır.
12. Elektrot çıkıtları hastanemizde kullanılan cihazların leadleri ile uyumlu olmalıdır.
14. Her bir elektrodun köpük kısmı üzerindeki jel ve yapışkan maddesini koruyan bandın kolayca ayrılmasını sağlayacak sistemi olmalıdır.
17. Ambalaj içinde en az 1 yıl özelliklerini koruyabilmelidir.
19. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizce denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle pediyatrik ve erişkin boylarından 4'er paket numune bırakılmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
11. Teklif veren firma denenmek üzere 1 paket elektrodu hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
12. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
13. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
14. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

